



PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA
PT PJB UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT
NOMOR: 0001.PP/612/UPHB/2020
TENTANG
PENGADAAN LABORATORY TEMPERATURE CALIBRATOR STANDARD (SKI 2020)

PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat (PT PJB UPHB) mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Terbuka sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

Nama Pengadaan : Pengadaan Laboratory Temperature Calibrator Standard (SKI 2020) PT PJB UPHB
Sumber Dana : Anggaran Investasi 2020 PT PJB UPHB

2. Syarat Peserta Lelang

- a. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT);
- b. Merupakan manufaktur atau agen/distributor resmi, atau didukung manufaktur yang bersangkutan dibuktikan dengan surat dukungan dari manufaktur, atau didukung oleh agen/ distributor resmi produk yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keagenan yang dikeluarkan dari produsen produk yang bersangkutan atau Departemen Perdagangan RI.
- c. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku dengan klasifikasi Bidang Mekanikal/Elektrikal atau sesuai dengan jenis barang yang diminta;
- d. Perusahaan yang tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan pengurus tidak sedang menjalani hukuman;
- e. Perusahaan tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di wilayah kerja PT PLN (Persero) Group;
- f. Memiliki pengalaman mensupply pengadaan *Temperature Calibrator Standard* minimal 3 (tiga) kali dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan melalui:
 - 1) Copy *Purchase Order* / Surat Perjanjian / Kontrak pekerjaan dan
 - 2) Copy Berita Acara Pemeriksaan Barang / *Satisfaction Letter*.
- g. Syarat lainnya yang tercantum dalam RKS dan TOR

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan

Tanggal : 14 Januari s.d 23 Januari 2020
Waktu : Pukul 11.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : PT Pembangkitan Jawa Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450
Telp. 021-6620594 - Ext.1140 CP : Marisa A.

4. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) :

Tanggal : 17 Januari 2020
Waktu : Pukul 13.30 WIB – 14.30 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

5. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran :

Tanggal : 24 Januari 2020
Waktu : • Pemasukan dokumen : Pukul 11.00 WIB s.d. 14.15 WIB
• Pembukaan dokumen : Pukul 14.15 WIB
Tempat : PT PJB Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat
Komplek PLTGU Muara Karang, Jl. Raya Pluit Karang Ayu, Jakarta Utara 14450

6. Pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dapat diwakilkan dengan membawa : 1) Asli Surat tugas dari Direktur Utama / pimpinan perusahaan; 2) Copy Tanda pengenal perusahaan / copy KTP; 3) Copy SIUP. Pendaftaran bisa juga lewat email dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan, kirim ke : marisa@ptpjb.com cc fahri.muhamad@ptpjb.com
7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan.
8. Penyedia Barang / Jasa yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan.

Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang dapat mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pelayanan Pemeliharaan Wilayah Barat.

Jakarta, 14 Januari 2020

STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA
MANAJER KEUANGAN DAN ADMINISTRASI,

MACHRIF HERIANSJAH

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT PELAYANAN PEMELIHARAAN WILAYAH BARAT

Jl. Pluit Karang Ayu PLTGU Muara Karang Jakarta Utara 14450, ☎ : 62-21-6620594 (Hunting), Fax. 62-21-6613190,
Email : uphb@pjb2.com

Lampiran pengumuman

Nomor : 0001.PP/612/UPHB/2020

Tanggal : 14 Januari 2020

**SPESIFIKASI TEKNIK YANG DIMINTAKAN PENAWARAN
PENGADAAN LABORATORY TEMPERATURE CALIBRATOR STANDARD (SKI 2020)**

SPESIFIKASI TEKNIK

Pengadaan alat *Temperature Calibrator Laboratory Standard* dan aksesorisnya

1. Sensor *standard platinum resistance thermometers (SPRT)*.

- 1.1 Jumlah Permintaan 1 Set R_0 25.5 Ω dan 1 Set R_0 100 Ω .
- 1.2 Origin of product: USA, Canada, West Europe, North Europe, Japan, South Korea
- 1.3 Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Manufacture (COM)
- 1.4 Type: SPRT
- 1.5 Range -50°C - 660°C
- 1.6 Probe length > 45 cm
- 1.7 Aksesoris tambahan:
 - Heavy Duty Box/ Hard carrying case
 - Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan oleh Signatories to the ILAC Mutual Recognition Arrangement dari negara asal.

2. Sensor Thermocouple

- 2.1 Jumlah Permintaan Sebanyak 2 (dua) Set Thermocouple Standart
- 2.2 Origin of product: USA, Canada, West Europe, North Europe, Japan, South Korea
- 2.3 Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Manufacture (COM)
- 2.4 Type: Type S Standart
- 2.5 Range 0 -1200°C
- 2.6 Probe length > 45 cm
- 2.7 Aksesoris tambahan:
 - Heavy Duty Box/ Hard carrying case
 - Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan oleh Signatories to the ILAC Mutual Recognition Arrangement dari negara asal.

3. Measurement Temperature Calibrator

- 3.1 Jumlah Permintaan Sebanyak 1 (satu) Set
- 3.2 Origin of product: USA, Canada, West Europe, North Europe, Japan, South Korea
- 3.3 Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Manufacture (COM)
- 3.4 Input Channels Minimal 3 (tiga), Channels SPRT dan Thermocouples
- 3.5 Display Units Minimal °C, °F, K, Ω , mV
- 3.6 Accuracy Unit

Accuracy	Initial	Over 1 Year
SPRT	≤ 5 ppm	≤ 7 ppm
Thermocouples	$\leq 2\mu V$	≤ 7 ppm

- 3.7 Accuracy unit 0 °C

Accuracy	Initial	Over 1 Year
SPRT	≤ 3 mK	≤ 4 mK
Thermocouples	± 0.10 °C	± 0.14 °C

- 3.8 Thermocouples: Minimal Type S Type R Type N Type K Type J
- 3.9 Operating: 0 °C to 45 °C
- 3.10 Power Supply 220-230 VAC Standard Indonesia



3.11 Aksesoris tambahan:

- Optional Chanel
- Konektor SPRT standar dan TC tipe S masing-masing sebanyak 3 set
- Heavy Duty Box/ Hard carrying case
- Manual book (Hardcopy dan Softcopy)
- Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan oleh Signatories to the ILAC Mutual Recognition Arrangement dari negara asal.
- Official letter berisi rekomendasi rentang kalibrasi dari pabrikan
- Training dan sertifikat personil 10 Orang dari pabrikan 2 Hari, Lokasi di workshop penyedia barang
- Laptop (-core i7(intel) atau ryzen 7 (amd) ,memory 16Gb (minimum) ,SSD 1 Tb atau M2 1Tb, vga Nvidia GeForce MX150 2GB)

4. Black Body Source

- 4.1 Jumlah Permintaan Sebanyak 1 (satu) Set
- 4.2 Origin of product: USA, Canada, West Europe, North Europe, Japan, South Korea
- 4.3 Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Manufacture (COM)
- 4.4 Range 50 -500°C
- 4.5 Reference SPRT dengan sertifikat kalibrasi
- 4.6 Emissivity > 0.995
- 4.7 Display Units Minimal °C
- 4.8 Display Resolution 0.01°C to 99.99; 0.1°C from 100 to 500
- 4.9 Operating: 0 °C to 45 °C
- 4.10 Power Supply 220-230 VAC Standard Indonesia
- 4.11 Aksesoris tambahan:
 - Heavy Duty Box/ Hard carrying case
 - Manual book (Hardcopy dan Softcopy)
 - Sertifikat Kalibrasi yang diterbitkan oleh *Signatories to the ILAC Mutual Recognition Arrangement* dari negara asal.
 - Official letter berisi rekomendasi rentang kalibrasi dari pabrikan
 - Training dan sertifikat personil 10 Orang dari pabrikan 2 Hari, Lokasi di workshop penyedia barang
 - Laptop (-core i7(intel) atau ryzen 7 (amd) ,memory 16Gb (minimum) ,SSD 1 Tb atau M2 1Tb, vga Nvidia GeForce MX150 2GB)

5. Garansi alat 1 tahun

TRAINING

Pengadaan *Temperature Calibrator Laboratory Standard* sudah termasuk Training pengoperasian alat.

Detail pekerjaan terlampir dalam TOR (*Term of Reference*)

